

Stress Detection and Control According to the Skin Signal of Electrical Resistance and Heart Rate Using Reinforcement Learning

Mandana Sadat Ghafourian^{1*}, Amin Noori², Minoocchehr Bashizade Fakhar²

¹Department of Biomedical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran

²Faculty of Electrical Engineering and Biomedical Engineering, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran

Article Info:

Received: 24 Jan 2017

Revised: 4 Mar 2017

Accepted: 6 May 2019

ABSTRACT

Introduction: The anxiety disorders are the most common mental health condition. Through modulation of stress responses, the anxiety can be controlled. Stress clearly affects the autonomic nervous system and leads to excessive sweating and tachycardia. New methods to identify and manage stress are still needed. **Materials and Methods:** In this paper, anxiety is controlled by reinforcement learning (RL). For stress level measurement, galvanic skin resistance (GSR) and heart rate were measured. Skin electrical resistance and heart rates are measured in 15 subjects (8 females and 7 males), ages between 22 to 30 years, during exposure to melodies and pictures. By connecting bioelectric sensors to the hand, GSR signal can be tested. Anxiety level was measured by biological signals (biofeedback) through playing melodies and showing pictures. First, GSR and heart rate signals were measured (states of RL). Then, the application plays a melody (agent) and shows a picture (actions). After a period of time, GSR and heart rate were measured again. Based on the differences between initial and secondary values, the reward, indicating stress variations were calculated. Based on the received reward, the agent learns to control the stress level. **Results:** The intelligent agent of RL, learns which picture to show and what melody to play in order to manage the stress. For each person, different melodies and pictures reduce the stress. This learning procedure should be repeated for each subject. **Conclusion:** A novel method is proposed and investigated based on RL for anxiety control. The accuracy of diagnosis is improved in a simple, rapid, and low-cost way.

Key words:

1. Anxiety
2. Skin
3. Heart Rate

*Corresponding Author: Mandana Sadat Ghafourian

E-mail: m.ghafourian@email.kntu.ac.ir



تشخیص و کنترل استرس بر مبنای سیگنال‌های مقاومت الکتریکی پوست و ضربان قلب با استفاده از یادگیری تقویتی

ماندانا سادات غفوریان^{۱*}، امین نوری^۲، مینوچهر باشی زاده فخار^۲

^۱گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

^۲دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

اطلاعات مقاله:

تاریخ پذیرش: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اصلاحیه: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

تاریخ دریافت: ۵ بهمن ۱۳۹۵

چکیده

مقدمه: اختلالات اضطرابی شایع‌ترین وضعیت سلامت روانی است. از طریق تنظیم پاسخ به استرس می‌توان اضطراب را کنترل کرد. استرس به طور واضح بر سیستم اعصاب خودمختار اثر می‌گذارد و منجر به تعریق شدید و افزایش ضربان قلب می‌شود. روش‌های نوبنی جهت شناسایی و کنترل استرس هنوز مورد نیاز است. **مواد و روش‌ها:** در این مقاله اضطراب از طریق یادگیری تقویتی کنترل شده است. برای اندازه‌گیری سطح استرس، مقاومت الکتریکی پوست و ضربان قلب اندازه‌گیری شد. مقاومت الکتریکی پوست و ضربان قلب در ۱۵ نفر (۸ زن و ۷ مرد)، رنگ سنی بین ۲۲ تا ۳۰ سال، در طی پخش آهنگ و عکس اندازه‌گیری شد. با وصل کردن سنسورهای الکتریکی به دست، سیگنال‌های مقاومت الکتریکی پوست را می‌توان آزمایش کرد. سطح اضطراب از طریق سیگنال‌های زیستی (بیوفیدبک) از طریق پخش آهنگ و نشان دادن تصاویر اندازه‌گیری شد. اول، مقاومت الکتریکی پوست و سیگنال‌های ضربان قلب اندازه‌گیری شد (حالت‌های یادگیری تقویتی). سپس پخش آهنگ (عامل) و نمایش عکس (اقدامات) استفاده شد. پس از یک دوره زمانی، مقاومت الکتریکی پوست و ضربان قلب دوباره اندازه‌گیری شد. بر اساس تفاوت‌های میان مقادیر اولیه و ثانویه پاداش، تغییرات استرس محاسبه شد. بر اساس دریافت پاداش، عامل یاد گرفت سطح استرس را کنترل کند. **یافته‌ها:** عامل باهوش یادگیری تقویتی یاد گرفت چه عکسی برای نمایش و چه آهنگی برای پخش کردن بهمنظور مدیریت استرس مناسب است. برای هر شخصی آهنگ‌ها و عکس‌های متفاوت استرس را کاهش می‌دهد. این روش یادگیری باید برای هر موضوع دیگری تکرار شود. **نتیجه‌گیری:** یک روش جدید بر اساس یادگیری تقویتی برای کنترل اضطراب مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. دقت تشخیص در یک روش ساده، سریع و کم هزینه بهبود یافت.

کلید واژه‌ها:

- ۱. اضطراب
- ۲. پوست
- ۳. ضربان قلب

* نویسنده مسئول: ماندانا سادات غفوریان

آدرس الکترونیکی: m.ghafourian@email.kntu.ac.ir

شناخت

مقدمه

کمک یادگیری تقویتی بارها و بارها انجام می‌شود تا فرد به حالت آرامش و حالت مطلوب برسد. در طی این عملیات فرد نیز باید تلاش کند که با تمرکز بر روی عکس و آهنگ پخش شده، میزان استرس خود را کاهش دهد.

مواد و روش‌ها


۱- ساخت دستگاه برای ثبت سیگنال فیزیولوژیکی

همانطور که گفته شد در این تحقیق برای تشخیص میزان استرس از دو پارامتر هدایت الکتریکی پوست و تعداد ضربان قلب جهت کاهش خطا در ثبت استرس استفاده کردیم که ثبت هر کدام از این سیگنال‌ها نیازمند مدار خاصی می‌باشد. بنابراین برای هر کدام از پارامترهای ذکر شده، مدار مربوط به آن را ساختیم. این مدارات بسیار ساده و کم هزینه می‌باشند که دمای نکته حائز اهمیت است. توجه داشته باشیم که دمای محیط نیز بر روی ثبت، اثرگذار بوده و ثبت باید در دمای آتفاق (۲۵ درجه سانتی‌گراد) صورت گیرد و بررسی این تحقیقات بر روی ۱۵ نفر، شامل ۸ زن و ۷ مرد در رنج سنی ۲۲ تا ۳۰ سال است که به صورت اتفاقی انجام شده است. در این تحقیق افرادی که نسبت به بقیه عصبی‌تر و یا دارای استرس بیشتری بودند حذف نشدن و افراد به صورت داوطلبانه از میان دانشجویان دانشگاه سجاد انتخاب شدند ولی این افراد دچار عارضه یا بیماری روانی نبودند.

۱-۱ مدار تشخیص استرس

مدار تصویر ۱ سطح استرس را با توجه به میزان هدایت الکتریکی پوست (انگشتان دست^(۹)) تشخیص می‌دهد و داده‌ها را بر حسب ولتاژ توسط ارتباط سریال به کامپیوتر ارسال می‌کند، علاوه بر این می‌تواند این سطح استرس را توسط دیودهای نوری که بر روی آن تعییه شده‌اند، نمایش دهد.

۱-۲ مدار ضربان سنج



تصویر ۱- تصویر گرفته شده از مدار تشخیص استرس در طی پژوهش.

شمار زیبادی از مراکز درمانی کشورهای جهان، برای برطرف کردن اختلالات استرس به سوی بیوفیدبک روی آوردند و این مراکز همواره به دنبال روش‌های کارآمد برای تشخیص استرس و کنترل آن به شیوه‌ای بهینه هستند. از دیباز برای تشخیص استرس و برطرف کردن آن شیوه‌های گوناگونی را در نظر می‌گرفتند، از جمله این شیوه‌ها این است که با ثبت گرفتن از سیگنال‌های مغزی و استخراج ویژگی‌ها و تحلیل این سیگنال‌ها به میزان استرس فرد پی برده می‌شود (۱). همچنین در زمینه پردازش تصویر با ثبت گرفتن از قطر مردمک چشم^۱ و ارتباط قطر مردمک چشم با میزان استرس (۲) و همچنین حرکات پرشی چشم^۲ (۳) می‌توان به استرس فرد پی برداشت. تصویربرداری حرارتی^۳ یکی دیگر از روش‌های پی بردن به استرس است که در این روش از چهره فرد طی مراحل مختلفی با دوربین‌های مادون قرمز حساس، تصویر گرفته می‌شود و اگر به سوزه در طی تصویربرداری استرسی وارد شود، به علت افزایش میزان جریان خون اطراف چشم به صورت نقاط گرم ظاهر می‌شود، در صورتی که در افراد آرام این نقاط به صورت سرد نمایان می‌شوند (۴).

تمامی مواردی که گفته شد نیازمند تخصص برای تشخیص استرس است، به عنوان مثال در ثبت سیگنال‌های مغزی سوزه، باید بدانیم هر حالت از امواج مغزی مربوط به چه وضعیتی است، مثلاً فرد در خواب، در حالت استرس و یا ... است. اولین بار در سال ۱۸۹۵ توسط لومبروسو از فشارخون و نرخ ضربان قلب برای تشخیص استرس استفاده شده و بعدها در سال ۱۹۲۱ جان لارسون، نرخ تنفس را به روند اضافه کرد و در سال ۱۹۳۹ هدایت الکتریکی پوست (GSR)^۴ (۵، ۶) نیز توسط لئونارد کیلر اضافه شد و امروزه سیگنال‌های نرخ ضربان قلب، هدایت الکتریکی پوست، حجم خون و نرخ تنفس قابل اندازه‌گیری هستند (۷). در تمامی این روش‌ها، ثبت آسان و هزینه کم حائز اهمیت است. بر این اساس ثبت سیگنال هدایت الکتریکی پوست و نرخ ضربان قلب بهترین گزینه در هنگام استرس است، زیرا در هنگام استرس ضربان قلب بالا رفته (۸) و فرد شروع به تعریق می‌کند (۹). در این تحقیق بعد از ثبت سیگنال هدایت الکتریکی پوست به وسیله ساخت دستگاه GSR و پی بردن به میزان سطح استرس، آرامش یا حالت فعال فرد، هدفمنان این است که به کمک یادگیری تقویتی^۵ و بیوفیدبک سطح استرس فرد را کنترل کنیم در این راستا در محیط نرم‌افزار متلب^۶، بر اساس راهبردی که توسط یادگیری تقویتی مشخص می‌شود عکس و آهنگ پخش می‌کنیم و این کار به

¹ Pupilometry

² Saccadic eye movement

³ Thermal imaging

⁴ Galvanic skin resistance

⁵ Reinforcement learning

⁶ Matlab software

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \quad (1)$$

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} \quad (2)$$

در هر تکرار با اعمال عمل_i در حالت_t محيط^۷ تغيير می‌کند و به حالت_{t+1} می‌رود اين حالت پاداش لحظه‌ای^۸ را درياافت می‌نماید که مقدار اين پاداش عددی بسته به هدف تعیين شده در مسئله متفاوت می‌باشد. مسئله مهم اين می‌باشد که به دنبال ماکریزم کردن اين پادash‌های دریافتی در درازمدت_t R می‌باشیم.

در يادگيري تقويتی پنج پaramتر مهم وجود دارد که در اين مقاله به صورت زير تعریف می‌شوند.

۲-۱ حالت یا وضعیت

در اينجا حالت یا وضعیت^۹ همان سطح ولتاژ^{۱۵} خروجی مدار استرس‌سنج است. اين سطح ولتاژ متناسب با شرایط افراد، متفاوت است. همچنین اين ولتاژ با سطح استرس و هدایت الکتریکی پوست فرد رابطه عکس دارد. در واقع با افزایش استرس ولتاژ خروجی کاهش می‌يابد، زира طوبت دست فرد زياد شده و مقاومت الکتریکی پوست کم می‌شود و در نتيجه در حضور جريان الکتریکی بسيار ناچيز، ولتاژ کمی را داراست و با کاهش استرس، ولتاژ خروجی افزایش می‌يابد^(۷). در مسئله يادگيري تقويتی، محيط می‌بايست به صورت گستته باشد بدین منظور حالت‌ها را به صورت گستته درآورده و آن را بر اساس وضعیت استرس فرد به سه سطح تقسیم کردیم که به توضیح آن می‌بردازیم. سطح ولتاژ اول مربوط به زمانی است که فرد کاملاً آرام است و ديودهای نوري سبز روشن می‌شوند، در اين حالت ولتاژ مدار مقادير دو و بیشتر از آن را شامل می‌شود، بهمنظور گسته‌سازی، ولتاژ‌های دو و بالاتر از دو را به عنوان يك حالت در مسئله يادگيري تقويتی در نظر می‌گيریم. سطح ولتاژ دوم زمانی است که فرد کمی هيجان^{۱۰} دارد و در حالت فعالیت^{۱۱} است، مثلاً ذهنی در گير دارد که بين حالت ديودهای نوري زرد روشن می‌شوند. دارد. در اين حالت بین حالت بيشتر از آن را به عنوان سطح ولتاژ در اين حالت بین يك تا دو و لست متغير است که اين سطح ولتاژ را به عنوان حالتی دیگر در مسئله يادگيري تقويتی در نظر می‌گيريم. سطح ولتاژ آخر مربوط به زمانی است که فرد استرس و یا هيجان زيادي دارد. در اين حالت ديودهای نوري قرمز روشن می‌شوند. سطح ولتاژ در اين حالت مقادير يك و لست و


مدار ضربان سنج تصویر ۲، داري دو سنسور گيرنده^{۱۲} و فرستنده^{۱۳} مادون قرمز^۹ می‌باشد که با قرار گرفتن انگشت بین آن‌ها، به ازاي هر ضربان ديودهای نوري تعبيه شده بر روی آن چشمک می‌زند.

خروجی‌های دو مدار فوق شامل: ۱- سطح استرس فرد، ۲- میزان ضربان قلب از طریق ارتباط سریال^{۱۰} به نرم‌افزار مطلب فرستاده می‌شود و به عنوان حالت‌ها در مسئله يادگيري تقويتی مورد استفاده قرار می‌گيرد.


۲- یادگيري تقويتی

يادگيري تقويتی مسئله‌ای است که در آن، عامل می‌بايست رفتار خود را از طریق سعی و خطأ در محیط پویای اطرافش بیاموزد. در واقع يادگيري تقويتی، يادگيري آنچه باید انجام بگيرد است، اينکه چگونه موقعیت‌ها را به عمل‌ها^{۱۱} نگاشت کنيم تا بتوانيم پاداش^{۱۲} عددی را بيشينه کنيم (۱۰، ۱۱). برای رسیدن به اين مقصود روش‌های سعی و خطأ^{۱۳} همراه با الگوريتم‌های يادگيري متنوعی وجود دارد که يکی از اين الگوريتم‌ها، الگوريتم Q-Learning است که در سال ۱۹۸۹ توسط واتکينز ارائه گردیده است. مسئله يادگيري تقويتی در ساده‌ترین شکل به صورت تصویر ۳ بیان می‌شود (۱۰، ۱۲، ۱۳).

فرض کنيد حالت‌ها و عمل‌ها به صورت زير تعریف



تصویر ۲- تصویر گرفته شده از مدار ضربان در طی پژوهش.



تصویر ۳- ساختار کلي مسئله يادگيري تقويتی.

⁷ Receiver

⁸ Transmitter

⁹ Infrared

¹⁰ Serial communication

¹¹ Action

¹² Reward

¹³ Try and error

¹⁴ State

¹⁵ Voltage level

¹⁶ Excitation

¹⁷ Activity

شناخت

۲-۴ سیاست و سیاست بهینه

منظور از سیاست^{۱۹} این می باشد که در هر حالت چه عملی انتخاب می شود. مهم ترین مسئله در یادگیری تقویتی محاسبه سیاست بهینه می باشد بدین معنی که در هر حالت می بایست چه عملی را انجام دهیم تا بیشترین پاداش ممکن را در درازمدت دریافت کنیم. فرض کنید π یک سیاست می باشد و احتمال انتخاب عمل a در حالت s در تکرار t ام باشد آنگاه $\pi(s)$ ارزش حالت s تحت سیاست π می باشد که به صورت زیر تعریف می شود (۱۰، ۱۳):

$$V^\pi(s) = E_\pi\{R_t | s_t = s\} = E_\pi\{\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s\} \quad (3)$$

که در فرمول ۳، نرخ فراموشی می باشد و ما بین صفر و یک قرار دارد. به صورت مشابه نشان دهنده ارزش یک زوج حالت - عمل تحت سیاست π می باشد که به صورت زیر تعریف می شود (۱۰، ۱۳):

$$Q^\pi(s, a) = E_\pi\{R_t | s_t = s, a_t = a\} = E_\pi\{\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s, a_t = a\} \quad (4)$$

سیاست بهینه نیز بر اساس فرمول بلمن^{۲۰} (۱۰، ۱۳) به صورت زیر برای حالت و زوج حالت - عمل انتخاب می شود:

$$V^*(s) = \max_{\pi} V^\pi(s) = \max_{a \in A(s)} \sum_{s'} P_{ss'}^a [R_{ss'}^a + \gamma V^*(s')] \quad (5)$$

$$Q^*(s, a) = \max_{\pi} Q^\pi(s, a) = \max_{a' \in A(s)} \sum_{s'} P_{ss'}^a [R_{ss'}^a + \gamma \max_{a'} Q^*(s', a')] \quad (6)$$

که در فرمول های فوق نشان دهنده احتمال انتقال از حالت s به حالت s' با انتخاب عمل a می باشد.

برای حل معادله بلمن روش های متفاوتی داریم که یکی از این روش ها یادگیری Q می باشد که از زیر شاخه های یادگیری تفاوت گذرا می باشد و به صورت زیر تعریف می شود (۱۰، ۱۲):

$$Q(s_t, a_t) = Q(s_t, a_t) + \alpha \left[r_{t+1} + \gamma Q \max_a (s_{t+1}, a) - Q(s_t, a_t) \right] \quad (7)$$

که در این فرمول فوق α نرخ یادگیری^{۲۱} می باشد و

کمتر از یک ولت را شامل می شود که این سطوح ولتاژ را نیز به عنوان حالتی دیگر در مسئله یادگیری تقویتی در نظر می گیریم. پس در کل سه حالت در اجرای این پروژه داریم که به صورت خلاصه در جدول ۱ آورده شده است.

$v \leq 1$	$1 < v < 2$	$2 \leq v$	سطح ولتاژ
حالات	حالات	حالات	حالات
۳	۲	۱	نمایه

۲-۲ عمل

در مقابل این حالت هایی که در یادگیری تقویتی داریم، بحث عمل مطرح می شود. به ازای هر حالتی که داریم، عامل یادگیر در محیط پویا^{۱۸} حرکت می کند و با سعی و خطا کردن در محیط به دنبال بهترین عمل برای حالت مورد نظر می گردد تا بیشترین پاداش را کسب کند (۱۱). در این پروژه عمل های یک فضای دو بعدی از تصویر و آهنگ می باشد (۱۲، ۱۴). به این صورت که سه تصویر، شامل دو تصویر آرام بخش از دریا و منظره و یک تصویر ترسناک و استرس زا، همچنین سه آهنگ بی کلام، شامل آهنگ آرام بخش، معمولی و یک آهنگ ترسناک انتخاب شده است. سپس از همه تصاویر با همه آهنگ ها، ۹ عمل به صورت فضایی دو بعدی از یک تصویر و یک آهنگ، ایجاد کردیم. در این حالت می توان ترکیبی از آهنگ ترسناک و تصویر ترسناک، آهنگ آرام بخش و تصویر آرام بخش و همچنین آهنگ ترسناک و تصویر آرام بخش و بالعکس داشت. پس ما در کل ۹ عمل در اجرای این پروژه داریم. عمل اول مربوط به تصویر منظره به همراه آهنگ ترسناک است، عمل دوم مربوط به تصویر دریا و آهنگ آرام بخش است، عمل سوم تصویر ترسناک و آهنگ معمولی، عمل چهارم تصویر دریا و آهنگ ترسناک، عمل پنجم تصویر ترسناک و آهنگ ترسناک، عمل ششم تصویر منظره و آهنگ آرام بخش، عمل هفتم تصویر ترسناک و آهنگ آرام، عمل هشتم تصویر منظره و آهنگ معمولی و آخرين عمل مربوط به تصویر دریا و آهنگ معمولی است.

۲-۳ پاداش

همانطور که در بخش سوم گفته شده مهم ترین موضوع در یادگیری تقویتی محاسبه پاداش است و در انتهای مقایسه و انتخاب بهترین پاداش برای رسیدن به بهترین عملکرد است. برای محاسبه پاداش در این پروژه ابتدا حالت فرد توسط مدار تشخیص استرس اندازه گیری می شود و متناسب با حالت فرد، عملی برای آن حالت در نظر گرفته می شود و دوباره حالت فرد برسی می شود. تفاضل حالت دوم که بعد از اجرای عمل است با حالت قبل از اجرای عمل، پاداش ما را می سازد.


¹⁸ Dynamic environment

¹⁹ Policy

²⁰ Bellman

²¹ Learning rate

در نمودار ۱ مشاهده می‌شود در این ثبت با گذشت زمان ولتاژ کاوش یافته است که نشان دهنده افزایش استرس می‌باشد. در این نمودار محور عمودی ولتاژ و محور افقی تعداد ثبت گرفته شده می‌باشد.



نمودار ۱- نمونه‌ای از ثبت میزان هدایت الکتریکی پوست بر حسب ولتاژ به تعداد نمونه‌ها در متلب.

حال پس از دریافت وضعیت استرس فرد و تعیین حالت مربوطه با توجه به مجموعه حالت‌های تعریف شده، نوبت به انتخاب عمل می‌رسد. یکی از مهم‌ترین موارد در مسئله یادگیری تقویتی ایجاد تعامل میان بهره‌برداری از اطلاعات یاد گرفته شده و جستجو در محیط می‌باشد. روش‌های متعددی برای ایجاد این تعامل مطرح گردیده است (۱۱، ۱۲) که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به روش‌های ^۴حریصانه^{۲۵} و سافت‌مکس^{۲۶} اشاره نمود. در این مقاله جهت ایجاد تعادل ما بین بهره‌برداری از اطلاعات یاد گرفته شده و جستجو در محیط از روش ^۴حریصانه استفاده شده است، که ^۴ عددی در بازه (۰ و ۱) می‌باشد. در این روش در هر حالت، بهترین عمل با احتمال ^۴۱- و بقیه اعمال با احتمال ^۴۰ انتخاب می‌شوند. در اینجا منظور از بهترین عمل، در واقع عملی است که در سطر مربوط به حالت فعلی در جدول ارزش، بیشترین مقدار و بیشترین ارزش را دارد. جدول ^۳ سیاست ^۴حریصانه را برای حالت ^۴ام نمایش می‌دهد. همانطور که در جدول ^۳ نشان داده شده است در این حالت، عامل امکان انتخاب اعمال ^۱ تا ⁿ را دارد ولی بهترین عمل که ارزش آن با ^۱ Q نشان داده شده است را با احتمال ^۴۱- انتخاب می‌کند و هر کدام از عمل‌های دیگر با احتمال ⁽ⁿ⁻¹⁾/ⁿ ^۴ انتخاب

جدول ۲- تشریح سیاست ^۴حریصانه با توجه به ارزش‌ها.

عمل ⁿ	عمل ^j	عمل ⁱ	عمل ^۲	عمل ^۱	حالت ^۱ ام
$Q(s_i, a_n)$	$Q^*(s_i, a_j)$	$Q(s_i, a_2)$	$Q(s_i, a_1)$		
$\frac{\epsilon}{n-1}$	$1 - \epsilon$	$\frac{\epsilon}{n-1}$	$\frac{\epsilon}{n-1}$	احتمال	انتخاب عمل

²² Elements

²³ Serial port

²⁴ Cell

مقداری در بازه (۰ و ۱) دارد.

۲-۵ جدول ارزش Q

این جدول توسط پاسخ فرد در هر حالت، به عمل تصویر و آهنگ پخش شده در آن حالت) ایجاد می‌شود. به این صورت که سطوح‌های این جدول، حالت‌ها و ستون‌های جدول، عمل‌ها می‌باشد. اما نکته مهم در اجرای این پروژه این است که هر فرد، جدول ارزش خاص خود را دارد، زیرا افراد مختلف در برابر عکس و آهنگ‌های یکسان واکنش‌های مختلفی از خودشان نشان می‌دهند. جدول ۲ نشان دهنده جدول Q برای مسئله مورد نظر می‌باشد.

جدول ۲- جدول Q.

عمل ^۹	عمل ^۲	عمل ^۱	Q (s, a)
$Q(s_1, a_9)$	$Q(s_1, a_2)$	$Q(s_1, a_1)$	آرامش کامل
$Q(s_2, a_9)$	$Q(s_2, a_2)$	$Q(s_2, a_1)$	طبیعی
$Q(s_3, a_9)$	$Q(s_3, a_2)$	$Q(s_3, a_1)$	استرس

یافته‌ها

۳- الگوریتم Q-Learning

در ابتدای برنامه قبل از هر چیز، اول ماتریس ارزش Q را به صورت یک ماتریس صفر تعریف کردیم که این درایه‌های ^{۲۲} صفر در طی اجرای برنامه آپدیت و غیر صفر می‌شوند. همچنین دستور بازکردن پورت سریال ^{۲۳} جهت دریافت داده را در همین ابتدا قرار می‌دهیم، در غیر این صورت ممکن است در حین اجرای برنامه به مشکل عدم دریافت داده برخورد کنیم. سپس تصاویر و آهنگ‌های مورد نظر را در متلب تعریف می‌کیم. برای تعریف هر عمل و قرار دادن تصویر و آهنگ مورد نظر در کنار هم باید تغییراتی بر روی ماتریس‌های آن‌ها انجام دهیم و آن‌ها را به صورت برداری در آوریم. باید توجه داشت که چون سایز این بردارها یکسان نیست، نمی‌توان آن‌ها را در یک ماتریس قرار داد، بنابراین برای قرار دادن آن‌ها در کنار هم باید از سلول ^{۲۴} یا آرایه استفاده کرد. پس از تعریف عمل‌های مورد نظر، به قسمت اصلی برنامه که یادگیری می‌باشد، می‌رسیم. در این قسمت ابتدا داده که همان سطح ولتاژ استرس می‌باشد، توسط ارتباط سریال دریافت می‌شود و پس از مطابقت با بازه‌های تعریف شده، وضعیت فرد (state ۱)، طبق حالات‌های گسسته که تعریف کردیم، مشخص می‌شود. جهت نمایش سطح ولتاژ متغیر فرد مناسب با وضعیت استرس او بر روی نمودار، می‌توان حلقه‌ای در برنامه قرار داد که پس از دریافت چند داده به صورت متوالی، این نمودار را نمایش دهد. به طور مثال همانطور که

²⁵ ϵ -greedy

²⁶ Softmax

شناخت

هر حالت یکسان می‌باشد تا برای هر شخص با توجه به حالتی که دارد (میزان استرس فرد - سطح ولتاژ و ضربان قلب) ابتداء امکان تست تمامی عمل‌ها وجود داشته باشد و بتوان برای شخص مورد نظر به تدریج عمل مناسب‌تر (تصویر و موسیقی که باعث آرامش بیشتر می‌شود) را تعیین کرد سپس در گام‌های بعدی برای ایجاد ثبات در آرامش فرد، بیشتر بر روی عملی که ارزش بیشتری دارد (آرامش بیشتری در فرد مورد نظر ایجاد می‌کند) تمرکز می‌کنیم. در واقع تمرکز برنامه بر روی پخش بیشتر این عمل جهت کاهش استرس فرد افزایش می‌یابد.

الگوریتم فوق توسط عامل برای یادگیری از طریق تجربیات یا آموزش استفاده می‌شود، هر تکرار معادل با یک دوره آموزش استفاده می‌شود. در هر دوره آموزش، عامل، محیط را که توسط ماتریس پاداش R نمایش داده می‌شود، کاوش می‌کند و تا زمانی که به حالت هدف نرسیده است، امتیازهای لازم داده می‌شود. هدف از آموزش، ساخت مغز عامل است که توسط ماتریس Q نمایش داده می‌شود. آموزش بیشتر منجر به ایجاد ماتریس Q بهتری خواهد شد، که می‌تواند توسط عامل برای حرکت در مسیر بهینه استفاده شود. بدین ترتیب با داشتن ماتریس Q ، عامل می‌تواند در عوض کاوش و جلو وعقبهای متعدد، با رجوع به ماتریس حالات و

می‌شود که n نشان‌دهنده تعداد اعمال ممکن قابل انجام برای حالت a می‌باشد.

پس از انتخاب شدن عمل، تصویر و آهنگ مربوط به آن عمل یا برای فرد پخش می‌شود و پس از اتمام پخش، مجددًا سطح ولتاژ استرس فرد توسط ارتباط سریال دریافت و وضعیت فرد (state 2) مشخص می‌گردد. حال همانطور که گفته شد از تفاضل وضعیت فعلی و وضعیت قبلی فرد، پاداش به دست می‌آید (فرمول ۸).

$$\text{reward} = v(2) - v(1) \quad (8)$$

در فرمول فوق $v(2) - v(1)$ به ترتیب ولتاژ به دست آمده از مدار استرس سنج در حالت کنونی و ولتاژ به دست آمده پس از اعمال عمل مورد نظر می‌باشد. حال پس از به دست آمدن پاداش، جدول ارزش طبق فرمول (۷) در هر تکرار به صورت آنلاین، آپدیت می‌شود. تا همگرایی^{۲۷} جدول Q ، تکرارها انجام می‌شود. برای بهبود یادگیری، ϵ را در تکرارهای اول بزرگ انتخاب می‌کنیم و سپس به تدریج ϵ را کوچک می‌کنیم با این کار در گام‌های ابتدایی یادگیری، بیشتر بر روی جستجو در محیط تمرکز می‌کنیم و سپس از میزان جستجو در محیط کاسته و بر روی افزایش بهره‌برداری از اطلاعات یادگیری شده تمرکز می‌کنیم. به بیان دیگر در گام‌های ابتدایی احتمال انتخاب تمامی اعمال برای

جدول ۴- شبکه کد مربوط به یادگیری Q در کنترل استرس فرد.

ردیف	شبکه کد	توضیحات
۱	تنظيم شرایط اولیه یادگیری	<ul style="list-style-type: none"> ➢ مقداردهی اولیه جدول Q به صورت اختیاری و یا با توجه به نظرات افراد خبره $a=0.1, \gamma=0.5, \epsilon=0.5$
۲	تازمانی که: تکرار > ماکریم تکرار	<ul style="list-style-type: none"> ➢ مشاهده و تعیین حالت کنونی s_t (سطح ولتاژ دریافتی و یا به بیان دیگر میزان استرس فرد) ➢ انتخاب عمل a_t با توجه به سیاست ϵ-حریصانه ➢ با اعمال عمل a_t به فرد، حالت بعدی s_{t+1} را مشاهده می‌کنیم. ➢ پاداش آنی r_{t+1} را دریافت می‌کنیم. ➢ بهروزرسانی جدول Q با استفاده از $Q(s_t, a_t) = Q(s_t, a_t) + \alpha [r_{t+1} + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a)] - Q(s_t, a_t)$ ➢ حالت s_{t+1} را برابر حالت s_t قرار می‌دهیم.
۳	انجام عمل حریصانه	بهترین عمل جهت کنترل s با توجه به حالت استرس فرد انتخاب می‌شود.

جدول ۵- نمونه جدول Q به دست آمده از ارزش و عمل در این تحقیق.

عمل ۹	عمل ۸	عمل ۷	عمل ۶	عمل ۵	عمل ۴	عمل ۳	عمل ۲	عمل ۱	عمل
۰/۳۲۹۶	۰/۳۱۲۳	-۰/۰۴۰۵	۱/۰۰۳۷	-۰/۹۹۸۹	-۰/۰۱۱۲	-۰/۳۴۵۰	۰/۰۳۹	-۰/۰۶۷۱۱	آرامش کامل
۰/۱۱۲۳	۰/۱۹۸۵	۰/۰۷۷۶	۱/۰۰۱۹۰	-۱/۳۱۰۶	۰/۰۷۸۲	-۰/۴۹۳۸	۱/۰۰۷۸	-۰/۰۵۳۴	طبیعی
۰/۶۹۷۷	۰/۵۳۲۴	۰/۰۵۵۹۸	۱/۰۶۲۳	-۰/۰۸۳۷	۰/۰۰۱۷	-۰/۰۷۸۳	۰/۰۷۵۰	۰/۰۰۴۸	استرس

²⁷ Convergence

در مسئله یادگیری تقویتی مورد بحث، منظور از محیط در واقع همان شخص مورد آزمایش می‌باشد و جدول Q به دست آمده برای هر فرد متفاوت خواهد بود، چون محیط متفاوت می‌باشد. بنابراین برای هر فرد می‌باشد یک جدول Q مجزا که توسط یادگیری تقویتی به دست آمده، داشت که به وسیله آن شدت استرس افراد را کنترل نمود. منتهی نکته‌ای که حائز اهمیت می‌باشد این است که هر چند جدول Q از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌باشد ولی برای هر فرد جدید می‌توان از میانگین جداول Q که تاکنون به دست آمده، آموزش فرد را شروع کرد و سپس با انجام آزمایشات بهترین اعمال را انتخاب کنیم با انجام این کار زمان سعی و خطای مراتب کمتر خواهد شد. روال انتخاب بهترین اعمال یا به بیان دیگر بهره‌برداری از جداول Q به دست آمده می‌تواند به وسیله کامپیوتر نیز انجام شود و نیاز به حضور فردی جهت اعمال عمل‌های مطلوب نمی‌باشد. مسئله مهم دیگر این می‌باشد که در هنگام بهره‌برداری از جدول Q می‌توان همچنان یادگیری را به صورت آنلاین ادامه داد.

از مزایای این روش نسبت به سایر روش‌های کنترلی می‌توان به بی‌نیاز بودن به مدل ریاضی محیط، قابلیت تطبیق‌پذیری با تغییرات در کنترل اضطراب فرد و سریع بودن الگوریتم در فاز بهره‌برداری اشاره کرد. یکی از مسائل مهم در بحث یادگیری تقویتی خاصیت تطبیق‌پذیری با تغییرات در محیط می‌باشد که یادگیری تقویتی با آموزشی که در حین اجرا نیز می‌تواند داشته باشد، خود را با تغییرات تطبیق می‌دهد.

نکته‌ای که در مورد این تحقیق باید ذکر شود این است که می‌توان با استفاده از دستگاه‌های ساخته شده و استفاده از یادگیری تقویتی تا حد زیادی استرس افراد را کنترل کرد که از نظر هزینه بسیار پایین می‌باشد. نقش یادگیری تقویتی در حقیقت این است که بجای همان روانشناس در کلینیک‌ها، متناسب با شرایط درمانگر، استرس فرد را با پخش عکس و آهنگ کاهش دهد. بنابراین در این تحقیق روشی برای کنترل سطح استرس فرد به کمک یادگیری تقویتی برای بهبود صحت تشخیص، به شیوه‌ای آسان، با تشخیص سریع، هزینه کم و سبک جدید، ارائه و ارزیابی شده است.

پیشنهاد می‌شود که این تحقیق با روش‌های دیگر یادگیری تقویتی همانند مونت کارلو^{۲۸} و سارسا^{۲۹} نیز انجام شود. با توجه به دستگاه استرس‌سنجدی که ساخته شد که نمونه آزمایشگاهی آن نیز وجود دارد، این روند یک کار آزمایشگاهی است که عیب کار آزمایشگاهی این است که سوژه ممکن است آزمون را

انتخاب گزینه ماکزیمم، بهترین حالت را انتخاب کند. در جدول ۴ شبه کد مربوط به یادگیری تقویتی در این مسئله نشان داده شده است.

۴- تحلیل جدول ارزش

با توجه به ثبتی که گرفته شد جدول ۵ پس از ۱۰۰۰ بار تکرار و به روز رسانی به دست آمد. یعنی ۱۰۰۰ بار عکس و آهنگ پخش شد و این جدول ایجاد شد. در این مسئله در هر اپیزود ۱۰ تکرار داشتیم بدین معنا که پس از ۱۰ بار پخش موسیقی و تصاویر فرایند را به دلیل خسته‌کننده بودن برای فرد مورد نظر متوقف می‌کردیم و در زمان دیگر اپیزود بعدی را برای همان فرد تکرار می‌کردیم. حال می‌خواهیم از روی این جدول تشخیص بدهیم که برای فرد مورد نظر در هر حالت چه عملی باعث ایجاد آرامش و یا اضطراب می‌شود. زمانی که فرد در حالت سوم یعنی درحال استرس بوده است عمل ششم بیشترین آرامش را برای شخص ایجاد کرده است و سپس اعمال ۲ و ۹ می‌باشد. در حالتی که فرد در حالت طبیعی قرار داشته است به ترتیب اعمال ۲، ۶ و ۸ بیشترین آرامش را در فرد ایجاد کرده‌اند. در حالت آرامش کامل قرار داشته است به ترتیب اعمال ۶، ۲ و ۹ بیشترین آرامش را در فرد ایجاد کرده‌اند. از روی جدول ۳ همچنین می‌توان فهمید که در هر حالت چه اعمالی باعث ایجاد استرس در فرد می‌شود. با توجه به جدول و اعمال تعریف شده مشخص می‌باشد که تأثیر موسیقی در مجموع بیش از تصویر در ایجاد آرامش و یا استرس در فرد مورد آزمایش می‌باشد. در حالت کلی می‌توان به این نتیجه رسید که تصویر و آهنگ خشن، سطح استرس فرد را بالا می‌برد، یعنی ضربان قلب فرد افزایش یافته و در نتیجه میزان تعزیق پوست افزایش و مقاومت و سطح ولتاژ کاهش می‌یابد و با همین روال اگر تصویر و آهنگ آرامش‌بخش برای فرد گذاشته شود سطح استرس او کاهش می‌یابد. میزان تغییر استرس را علاوه بر ولتاژ می‌توان توسط دیودهای نوری که روی دستگاه تعییه شده، مشاهده کرد.

بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق با استفاده از یادگیری تقویتی، جدول Q ای شامل ارزش‌های حالت عمل را آموزش دادیم که می‌توان از آن برای ایجاد آرامش در فرد استفاده کرد. با توجه به جدول Q که پس از آزمایش به دست می‌آید می‌توان برای فرد مورد آزمایش در هر حالتی که قرار دارد (آرامش، طبیعی و یا استرس) بهترین عمل را جهت از بین بردن استرس و یا ایجاد آرامش بیشتر انتخاب کرد. بدین ترتیب برای فرد مورد آزمایش می‌توان استرس فرد را تا حد مورد قبولی کنترل کرد.

²⁸ Monte-Carlo
²⁹ Sarsa

در واقع به این معناست که یک فرد دارای استرس زیاد، کم استرس تشخیص داده شود و رخداد FN به این معناست که فرد دارای استرس کم، با استرس زیاد نمایان شود. در مطالعات هدف کم کردن نرخ FN است که در این مقاله رعایت شدن این موضوع حائز اهمیت است.

جدی نگیرد و این کار باعث کاهش اعتبار و افزایش خطای شود به همین دلیل از سوژه‌ها خواسته می‌شود که تمرکز کافی را روی عکس و آهنگ داشته باشند. یعنی همان بیوفیدبک و اینکه تلاش کنند تا آرامش بیشتری را به دست آورند. در سنجه استرس معمولاً دو نوع خطای FN^{۳۰} و FP^{۳۱} نامطلوب هستند. رخداد FN

منابع

1. Fabiani M, Gratton G, Coles M, Federmeier KD. Event-related brain potentials: methods, theory and applications. cacioppo j, tassinary lg. handbook of psychophysiology. 3rd ed. Cambridge University Press. 2007; p.85-111.
2. Pedrotti M, Mirzaei MA, Tedesco A, Chardonnet JR, Mérienne F, Benedetto S, et al. Automatic stress classification with pupil diameter analysis. J Human-Computer Interaction. 2014; 30(3): 220-36.
3. Cook AE, Hacker DJ, Webb AK, Osher D, Kristjansson SD, Woltz DJ, et al. Lyin'eyes: ocular-motor measures of reading reveal deception. J Exp Psychol Appl. 2012; 18(3): 301-13.
4. Pavlidis I, Levine J. Thermal image analysis for polygraph testing. IEEE Eng Med Biol. 2002; 21(6): 56-64.
5. Lykken DT, Vemables PH. Direct measurement of skin conductance: a proposal for standardization. J Psychophysiology. 1971; 8(5): 656-72.
6. Fredrickson M, Ohman A. Cardiovascular and electrodermal responses conditioned to fear-relevant stimuli. J Psychophysiology. 1979; 16(1): 1-7.
7. Abdullah AA, Hassan UH. Design and development of an ESI kit. IEEE Conference on Student. 2012; 253-7.
8. Choi J, Gutierrez-Osuna R. Using heart rate monitors to detect mental stress. Body Sensor Networks. 2009; p. 219-23
9. van Dooren M, Janssen JH. Emotional sweating across the body: comparing 16 different skin conductance measurement locations. Physiology & Behavior. 2012; 106(2): 298-304.
10. Richard S, Sutton RS, Barto AG. Reinforcement learning: an introduction. Cambridge: MIT Press. 1998.
11. Kaelbling LP, Littman ML, Moore AW. Reinforcement learning: a survey. JAIR. 1996; 4: 237-85.
12. Gosavi A. Reinforcement learning: a tutorial survey and recent advances. Informs J Computing. 2009; 21(2): 178-92.
13. Kakade SM. On the sample complexity of reinforcement learning. PhD thesis. University of London Gatsby Computational Neuroscience Unit. 2003.
14. Gomez P, Danuser B. Affective and physiological response to environmental noise and music. J Psychophysiology. 2004; 53(2): 91-103.

³⁰ False negative

³¹ False positive